政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	广西壮族自治区妇幼保健院
拟采购产品名称	高级暖箱，3 台
拟采购产品金额	120 万元
采购项目所属项目名称	医疗设备采购
采购项目所属项目金额	120 万元
二、申请理由	
☑1. 中国境内无法获取：国内无满足技术要求的产品	
□2. 无法以合理的商业条件获取：	
□3. 其他。	
专家论证意见	

高级暖箱是将暖箱和抢救台合二为一的婴儿急救和护理设备，用于对危重新生儿、早产儿、极低体重儿体温的监测维护及抢救，为危重新生儿、早产儿、极低体重儿提供连续的生命支持平台，营造一个空气适宜、温湿度适宜、温暖舒适、类似母体子宫的微环境，从而对婴儿进行培养和护理。

进口与国产产品差异是：

1、进口产品两侧都具有一触式脚踏顶盖上升开关，一触脚踏开关即可实现顶盖电动升起；国产产品只能单侧电动功能。

2、进品产品具有舒适温度区提示控制功能可显示在彩色触摸显示屏上，可以点击屏幕一键选择设置。国产产品没有此功能。

3、进口产品具有双向风帘和加强风帘系统，确保箱内暖空气在侧挡板开放状态下不易散出，维持暖箱微环境的热量平衡，空气流速≤10m/s。而国产产品没有此功能。

因此，为满足采购单位需求，建议采购进口高级暖箱。

专家签字：

2023 年 9 月 15 日